

日薬ニュース号外

製薬企業からのお知らせ

号外-47 平成 14年3月8日(金)
発行 社団法人 日本薬剤師会 (広報課)
Tel:03-3406-1171 Fax:03-3406-1499
<http://www.nichiyaku.or.jp/>

2002年 3月 8日

お客様各位

万年筆型インスリン注入器「ヒューマペンエルゴ」の 旧型カートリッジホルダー(青色)の回収徹底について

日本イーライリリー 株式会社

弊社では、昨年 2月より 万年筆型インスリン注入器「ヒューマペンエルゴ」の旧型カートリッジホルダー(青色)の自主的な回収と新型カートリッジホルダー(透明)への交換を行い、12月に回収が完了したと判断しておりました。しかしながら、その後、旧型カートリッジホルダーの破損事例が発生したことにより、3月 7日に当該部品の回収命令を兵庫県から受け、再度回収ならびに交換を徹底することになりました。


つきましては、貴施設にて「ヒューマカーTR注、N注、3/7注 (3mL)」、「ヒューマログ注カート」をご使用いただいている患者様で、旧型のカートリッジホルダーを使われている方がおられましたら、至急、主治医の先生までお持ちいただくか、下記弊社特設電話相談窓口へご連絡いただくよう患者様にお伝えいただきたくお願い申し上げます。

患者様ならびに先生方に多大なご迷惑をお掛けいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

カートリッジホルダー



(旧)
全体が青いタイプの
カートリッジホルダー



(新)
透明でカートリッジ
全体を覆うタイプ
(青帯・赤帯の2色)



問い合わせ先
日本イーライリリー株式会社
特設電話相談窓口 フリーダイヤル : 0120 - 242 - 997

FAX送信先等の変更については所属の都道府県薬剤師会・支部薬剤師会までお願いします。